



Wiederaufbereitung: Wer und was bestimmt, was möglich ist?

Nora Hermann, dipl. Anästhesiepflegefachfrau

Mehrweg- oder Einwegprodukte – die ewige Frage? Im Zusammenhang mit den zahlreichen im Spital benötigten Artikeln gibt es keine eindeutige Antwort, die diese Frage rasch klärt. Sie stellt sich immer wieder; ob ein Set mit Mehrweginstrumenten für das Anlegen von Kathetern durch ein von der Industrie geliefertes Set mit Einweginstrumenten ersetzt werden soll. Oder ob die Mehrwegscherere durch eine Einwegscherere ersetzt werden soll.

Die Berechnung der Schweizerischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung zeigt auf, dass die Mehrwegvariante in der Regel ökologischer ist.

Die Aufbereitung der Mehrweginstrumente verursacht deren hauptsächliche Umweltbelastung. Eine wichtige Bedingung ist somit, dass die Reinigungs- und Sterilisationsanlagen voll beschickt und damit ausgelastet werden.

Nora Hermann

leitet die Zentralsterilisation am Inselspital Bern. Sie ist diplomierte Anästhesiepflegefachfrau mit Fachkurse Sterilisation Niveau I und II und hat einen Master in Unternehmensführung. Frau Hermann ist Vorstandsmitglied der Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung SGSV-SSSH-SSSO.



Retraitement: qui et qu'est-ce qui détermine ce qu'il est possible de faire?

Nora Hermann, infirmière diplômée en anesthésie

Produits à usage multiple ou à usage unique – l'éternelle question? En rapport avec les nombreux articles dont ont besoin les hôpitaux, il n'y a pas de réponse catégorique permettant de clarifier rapidement cette question. C'est une question récurrente; un set avec des instruments à usage multiple pour poser un cathéter doit-il être remplacé par un set d'instruments à usage unique livré par l'industrie? Ou bien est-ce que des ciseaux à usage multiple doivent être remplacés par des ciseaux à usage unique?

Le calcul de la Société Suisse de Stérilisation Hospitalière montre que la variante à usage multiple est, en règle générale, plus écologique.

Le traitement des instruments à usage multiple occasionne leur principal impact environnemental. Le fait que les installations de nettoyage et de stérilisation soient entièrement chargées et ainsi utilisées à pleine capacité est, de ce fait, une condition majeure.

Nora Hermann

dirige le service central de stérilisation de l'hôpital de l'île de Berne. Elle est infirmière diplômée en anesthésie et a suivi des cours de stérilisation de niveau I et II et a un Master en gestion des entreprises. Madame Hermann est membre du directoire de la Société Suisse de Stérilisation Hospitalière SGSV-SSSH-SSSO.